

陕西省地质环境监测总站(陕西省地质灾害中心)

便携式水位计及井深测量仪采购询价通知书

根据我单位《榆神府煤炭开采区地下水监测及保护研究》项目设计要求结合工作需求，拟开展榆神府煤炭开采区地下水监测工作，对 500m 便携式水位计及 600m 便携式井深测量仪进行采购，现采取询价方式，确该项采购服务货物供应商。请各意向单位提供相关信息及书面报价。

一、采购时间

2025 年 7 月 30 日—2024 年 9 月 31 日。

二、采购内容

本项目采购 1 个 500m 便携式水位计、1 个 600m 便携式井深测量仪，用于监测地下水水位、井深。

三、相关要求及说明

(一) 设备技术参数

序号	设备名称	尺寸(m)	数量(个)	技术参数
1	便携式水位计	500	1	①测量深度范围：500m，用户也可根据实际需求定制测线长度； ②分辨率：测量分辨率达到毫米； ③最大测量误差： $\leq\pm 0.05\%$ ，达到国家标准 ISO 规定的二级水位计精度标准； ④探头材质：采用耐腐蚀 316L 不锈钢制造，并用护罩保护； ⑤线缆卷轴材质：采用专用合金材料制造，把手和支架为一体化结构； ⑥使用电池：普通 4 节 5 号电池； ⑦使用环境： $-30^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 85%； ⑧探测到水面的指示：探头到达井水水面时，发出声光报警； ⑨适用测井的材质：适合所有材质井管的水位测量，包括绝缘材料做成的井管； ⑩其他功能：不用时，拧紧制动旋钮，可以防止线盘转动和线缆脱落； ⑪测试功能：有防撞式测试按钮，按下时声光

				报警，可以知道水位计电池等是否正常工作。
2	便携式井深测量仪	600	1	①准确度： $\leq \pm 6\text{cm}$ （600cm 测线长度）； ②分辨力：0.1cm； ③工作环境： $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ ， $\leq 95\%\text{RH}(+40^{\circ}\text{C})$ ； ④工作电压：DC+6V,允许电压偏差 $\pm 15\%$ ； ⑤静态功耗： $\leq 0.2\text{mA}$ ； ⑥测缆直径： $\leq 3\text{mm}$ ； ⑦测缆材质：聚氨酯，内部含有抗拉伸芳纶丝； ⑧测缆范围：0~600m； ⑨悬锤直径： $\leq 3\text{cm}$ ； ⑩悬锤质量： $\leq 2\text{KG}$ ； ⑪悬垂材质：316L 不锈钢； ⑫测缆极限抗拉强度：479N。

（二）其他要求

- 1.服务响应文件格式及内容应参照附件编制，相关证书、资质、信誉证明、总报价等重要内容需加盖公章。
- 2.中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）中企业法人贪污贿赂罪案查询无行贿记录。
- 3.响应文件截止时间：2025 年 8 月 06 日 09:00 时（北京时间，过期视为放弃此次服务）。
- 4.响应文件送达地点：请于截止时间前将响应文件纸质版和电子版（各 1 套）送至西安市碑林区雁塔北路 100 号陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）6 楼 614 室。
- 5.具体服务条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时约定。

联系人: 赵梅梅 联系方式: 029-87862917、18309253267
 附件：便携式水位计及井深测量仪采购响应文件格式

陕西省地质环境监测总站
 （陕西省地质灾害中心）
 2025 年 7 月 29 日

附件

便携式水位计及井深测量仪采购 响应文件

单位名称（加盖公章）

XXXX 年 XX 月 XX 日

（参考目录）

目 录

一、法人证书或营业执照（加盖公章）

二、相关资质（加盖公章）

三、单位概况

四、投入人员和设备

五、服务报价

（一）服务内容

（二）服务报价明细表（见附表）

（三）总报价

六、相关业绩

七、信誉证明（加盖公章）

八、服务承诺

附表（仅供参考，可根据委托业务情况进行修改）：

便携式水位计及井深测量仪采购
报价明细表

序号	设备名称	单价	数量	价格（元）	备注
1	便携式水位计				500m
2	便携式井深测量仪				600m
合 计	大写：				

说明：报价单格式供参考，也可自拟格式。

报价单位：_____

法定代表或委托代理人：_____

时 间： 年 月 日